



Broj: 22-02-1343 /23
Zenica, 14.02.2023. godine.

Na osnovu člana 69. i 70. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH" broj 39/14), člana 21. Pravilnika o javnim nabavkama JU Kantonalne bolnice Zenica (broj: 20/1-1-17555 od 24.08.2016. godine), direktor Kantonalne bolnice Zenica, donosi

ODLUKU

I

Vrši se odabir ponude ponuđača „MEDICAL“ D.O.O. MOSTAR, kao najpovoljnije i jedine kvalifikovane ponude za javnu nabavku robe – C LUK za potrebe JU Kantonalna bolnica Zenica, sa najpovoljnijom ukupno ponuđenom cijenom od 130.000,00 KM bez uračunatog PDV-a, i dodjeljuje ugovor navedenom ponuđaču do isteka trajanja garancije na predmetnu robu (12 mjeseci).

Sa odabranim ponuđačem zaključit će se ugovor na period do isteka trajanja garancije date na predmetu robu (12 mjeseci), na ukupnu vrijednost ponude od 130.000,00 KM, bez PDV-a, a nakon pravosnažnosti ove Odluke.

II

Javna nabavka je provedena putem otvorenog postupka, uz namjeru provođenja e-aukcije, tender broj: 11-174/22.

III

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

U skladu sa članom 5. i 8. Pravilnika o uspostavljanju i radu Komisije za nabavke (Službeni glasnik BiH broj 103/14), Komisija za javnu nabavku robe – C LUK za potrebe JU Kantonalna bolnica Zenica, imenovana Odlukom direktora broj: 01-02-922-1/22 od 08.12.2022. godine podnosi direktoru JU Kantonalne bolnice Zenica Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke robe - C LUK za potrebe JU Kantonalna bolnica Zenica.

Odlukom direktora 01-02-922/22 od 08.12.2022. godine pokrenut je postupak javne nabavke robe – C LUK za potrebe JU Kantonalna bolnica Zenica, ukupne procijenjene vrijednosti 130.000,00 KM bez uračunatog PDV-a, otvorenim postupkom, a u skladu sa članom 19. st.1 Zakona o javnim nabavkama.

Otvoreni postupak je odabran za korištenje iz sljedećih razloga:

Članom 19. stav 1 Zakona o javnim nabavkama propisano je da Ugovorni organi iz člana 4.ovog zakona za dodjelu ugovora o javnoj nabavci primjenjuje otvoreni ili ograničeni postupak kao osnovne i redovne postupke. Obzirom da KB Zenica spada u ugovorne organe iz člana 4. ZJN, smatramo da su ispunjeni uslovi da se provede otvoreni postupak za javnu nabavku roba - C LUK za potrebe JU Kantonalna bolnica Zenica.

Komisija je na zatvorenom sastanku dana 13.02.2023. godine sa početkom u 14,00 sati utvrdila sljedeće:

- da je na portalu „E-nabavke“ dana 27.12.2022. godine, objavljeno obavještenje o nabavci broj 669-1-1-456-3-451/22 i TD sa namjerom provođenja e-aukcije, sa rokom prijema ponuda i javnim otvaranjem ponuda zakazanim za dan 17.01.2023. godine i Ispravka obavještenja o nabavci broj 669-1-1-456-8-11/23 od 11.01.2023. godine, sa rokom prijema ponuda i javnim otvaranjem ponuda zakazanim za dan 20.01.2023. godine,
- da je planirano zaključivanje ugovora sa jednim ponuđačem na period do isteka garancije na opremu,

- da je na portalu „E-nabavke“ bilo postavljenih upita vezano za predmetnu nabavku i to:
- dana 05.01.2023. godine, potencijalni ponuđač se obratio Komisiji za javnu nabavku putem portala „E - nabavke“ sa sljedećim upitom: “Poštovani, temeljem odredbe člana 56. stavak 1) Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“ br. 39/2014 i 59/2022; dalje u tekstu: Zakon), te temeljem tačke 2. i 33. Tenderske dokumentacije upućujemo ovaj Zahtjev za pojašnjenjem Tenderske dokumentacije. Kako bi ugovorni organ osigurao ponuđačima jednako i nediskriminirajuće tržišno nadmetanje na način da osigura pravičnu i aktivnu konkurenciju, u cilju najučinkovitijeg korištenja javnih sredstava u vezi s predmetom nabave I njegovom svrhom, obraćamo Vam se zahtjevom za izmjenu sljedećih tačaka/zahtjeva objavljene tenderske dokumentacije:

1. „1.3. Tražena	U Prilogu broj 2	„Obrazac za cijenu ponude“, stavka 1.3.	2 „Obrazac za cijenu ponude“, stavka 1.3.	rotacija C-luka min. +/- 205	205	navedeno je: stepeni
1.3. Tražena	Prilogu broj 2	„Obrazac za cijenu ponude“, stavka 1.3.	2 „Obrazac za cijenu ponude“, stavka 1.3.	rotacija C-luka min. +/- 190	190	navedeno je: stepeni
2. „2.4. Tražena	U Prilogu broj 2	„Obrazac za cijenu ponude“, stavka 2.4.	2 „Obrazac za cijenu ponude“, stavka 2.4.	dijaskopija: najveća struja min. 25	25	navedeno je: mA
2.4. Tražena	Prilogu broj 2	„Obrazac za cijenu ponude“, stavka 2.4.	2 „Obrazac za cijenu ponude“, stavka 2.4.	dijaskopija: najveća struja min. 20	20	navedeno je: mA
3. „3.2. Tražena	U Prilogu broj 2	„Obrazac za cijenu ponude“, stavka 3.2.	2 „Obrazac za cijenu ponude“, stavka 3.2.	Velikog fokusa max. 1.4, veličina malog fokusa max. 0.6	0.6	navedeno je: 0.6
3.2. Tražena	Prilogu broj 2	„Obrazac za cijenu ponude“, stavka 3.2.	2 „Obrazac za cijenu ponude“, stavka 3.2.	Velikog fokusa max. 1.8, veličina malog fokusa max. 0.6	0.6	navedeno je: 0.6
4. „3.3. Tražena	U Prilogu broj 2	„Obrazac za cijenu ponude“, stavka 3.3.	2 „Obrazac za cijenu ponude“, stavka 3.3.	Toplotni kapacitet anode min. 76.000	76.000	navedeno je: HU
3.3. Tražena	Prilogu broj 2	„Obrazac za cijenu ponude“, stavka 3.3.	2 „Obrazac za cijenu ponude“, stavka 3.3.	Toplotni kapacitet anode min. 70.000	70.000	navedeno je: HU
5. „4.2. Tražena	U Prilogu broj 2	„Obrazac za cijenu ponude“, stavka 4.2.	2 „Obrazac za cijenu ponude“, stavka 4.2.	TV kamera s CCD elementom matrice min. 1024 x 1024 sa mogućnošću podešavanja svjetline		navedeno je: izmjena:
4.2. Tražena	Prilogu broj 2	„Obrazac za cijenu ponude“, stavka 4.2.	2 „Obrazac za cijenu ponude“, stavka 4.2.	TV kamera s CCD elementom matrice min. 1000 x 1000 sa mogućnošću podešavanja svjetline		navedeno je: izmjena:
6. „5.1. Tražena	U Prilogu broj 2	„Obrazac za cijenu ponude“, stavka 5.1.	2 „Obrazac za cijenu ponude“, stavka 5.1.	Jedan LCD monitor visoke rezolucije, upravljiv dodir, dijagonale min. 69 cm, rezolucije min. 1920x1080 piksela. Monitor mora biti montiran na kućište C-luka.		navedeno je: izmjena:
5.1. Tražena	Prilogu broj 2	„Obrazac za cijenu ponude“, stavka 5.1.	2 „Obrazac za cijenu ponude“, stavka 5.1.	Jedan LCD monitor visoke rezolucije, dijagonale min. 69 cm, rezolucije min. 1920x1080 piksela.		navedeno je: izmjena:

S
Hvala!”

poštovanjem,

- Komisija za javnu nabavku je dana 11.01.2023. godine odgovorila: “Poštovani, Stavka 1.3: Kao korisniku nam je veoma bitan što je moguće veći opseg lateralne rotacije C-luka. Molimo Vas da nam ponudite aparat koji zadovoljava tražene karakteristike, a ne da svjesno idemo u smanjenje kvaliteta aparata samo kako bi aparati niže kvalitete mogli zadovoljiti specifikaciju. Stavka 2.4: Stavka se izbacuje izmjena dostupna na Portalu Stavka 3.2: Stavka se mijenja i glasi: „Veličina malog fokusa max 0.6“, izmjena dostupna na Portalu Stavka 3.3: Stavka se mijenja i glasi: „Toplotni kapacitet anode min. 70.000 HU“, izmjena dostupna na Portalu Stavka 4.2: Odgovara nam kamera sa što boljom rezolucijom, te vas molimo da ponudite minimalno prema specifikaciji. Stavka 5.1: Nismo u mogućnosti izmijeniti stavku na način na koji predlažete, jer monitor treba biti montiran na kućište C-luka zbog nedostatka prostora u sali i potencijalne opasnosti od spojnih kablova između kolica i kućišta.Lp”

- dana 07.01.2023. godine, potencijalni ponuđač se obratio Komisiji za javnu nabavku putem portala „E - nabavke“ sa sljedećim upitom: “Poštovani, Analizirajući tehničku specifikaciju u Obrascu za cijenu ponude (Prilog broj 2) – nabavka C luka za potrebe JU Kantonalna Bolnica Zenica, primjetili smo da tehnička specifikacija tendera jasno ukazuje da samo jedan proizvođač može ponuditi C luk u skladu sa zahtjevanim. U želji da Vam ponudimo uređaj jednog od vodećih svjetskih proizvođača u ovom segmentu molimo Vas da radi omogućavanja veće konkurencije

među ponuđačima i uskladjivanja predmetne nabavke sa Zakonom o javnim nabavkama, razmotrite sljedeće prijedloge i promijenite tehničke zahtjeve kako je opisano u nastavku i

U tački 1.1 zahtjevate:
"Motorizovano namještanje C-luka po visini min.44cm"
Molimo Vas, da ovu tačku tehničke specifikacije izmijenite na sljedeći način:
"Motorizovano namještanje C-luka po visini min.43cm"
Navedena izmjena ni u kom smislu neće umanjiti kvalitet ponuđenog uređaja, prihvatanjem navedene izmjene omogućit ćete učešće većem broju zainteresovanih ponuđača u predmetnom postupku.

U tački 1.3 zahtjevate:
"Lateralna rotacija C-luka min.+/- 205 stepeni"
Molimo Vas, da ovu tačku tehničke specifikacije izmijenite na sljedeći način:
"Lateralna rotacija C-luka min.+/- 180 stepeni"
Navedena izmjena ni u kom smislu neće umanjiti kvalitet ponuđenog uređaja, prihvatanjem navedene izmjene omogućit ćete učešće većem broju zainteresovanih ponuđača u predmetnom postupku.

U tački 1.4 zahtjevate:
"Udaljenost od žarišta redngenske cijevi do prednje stjenke elektronskog pojačala slike(SID) min.100cm"
Molimo Vas, da ovu tačku tehničke specifikacije izmijenite na sljedeći način:
"Udaljenost od žarišta redngenske cijevi do prednje stjenke elektronskog pojačala slike(SID) min.98,3 cm"
Navedena izmjena ni u kom smislu neće umanjiti kvalitet ponuđenog uređaja, prihvatanjem navedene izmjene omogućit ćete učešće većem broju zainteresovanih ponuđača u predmetnom postupku.

U tački 1.5 zahtjevate:
"Slobodni prostor između rentgenske cijevi i elektronskog pojačala slike min.78cm"
Molimo Vas, da ovu tačku tehničke specifikacije izmijenite na sljedeći način:
"Slobodni prostor između rentgenske cijevi i elektronskog pojačala slike min.76cm"
Želimo vam ponuditi aparat koji posjeduje dubinu C - luka od 66cm i slobodan prostor po vertikalnoj osi od 76 cm. S obzirom da se radi o neznatnoj izmjeni (+/- 5%), te da sa upotrebne strane 2 cm nemaju uticaja na kliničku upotrebu uređaja , molimo vas da ovu tačku izmijenite .Navedena izmjena ni u kom smislu neće umanjiti kvalitet ponuđenog uređaja, prihvatanjem navedene izmjene omogućit ćete učešće većem broju zainteresovanih ponuđača u predmetnom postupku.

U tački 2.1 zahtjevate:
"Maksimalna izlazna snaga min.2.5 kW"
Molimo Vas, da ovu tačku tehničke specifikacije izmijenite na sljedeći način:
"Maksimalna izlazna snaga min.2.3 kW"
Tražimo minimalnu izmjenu tražene tehničke specifikacije od svega 0,2 kW kojom niti u jednom obliku ne biste diskriminirali niti jednog potencionalnog ponuđača niti bi ste uticali na kvalitet, funkcionalnost i fizionomiju traženog uređaja, a omogućilo bi se većem broju ponuđača da učestvuje u postupku javne nabavke.

U tački 2.4 zahtjevate:
"Pulsna dijaskopija:najveća struja min. 25 mA"
Molimo Vas da ovu tačku tehničke specifikacije izmijenite na sledeći način:
"Pulsna dijaskopija:najveća struja min. 6 mA na 110 kV"
Obrazloženje: Kakvu kV vrijednost sistem treba da ima za pulsnu dijaskopiju na min. 25 mA? Sistem koji tražite u tenderskoj specifikaciji koristi 110kV 6mA što je potpuno isto kao sistem koji želimo da ponudimo.
kV otkriva kontrast između tvrdih i mekih tkiva, mA je opasan faktor u rendgenskom zračenju i treba ga smanjiti gdje god je to izvodljivo. Što je veći kilonapon, veći je prodor. Tako min. 25 mA nije značajan parametar za dobre ishode pacijenata.
Različiti proizvođači koriste različite tehnologije da bi postigli isto: što nisku dozu što je razumno moguće uz maksimalne rezultate za pacijente. Stoga predlažemo promjenu na "Pulsna dijaskopija:najveća struja min. 6 mA na 110kV" jer IK zavisi od cijelog lanca snimanja i korisnika, a ne samo od mA.

U tački 2.5 zahtjevate:
"Kontinuirana dijaskopija: najveća struja min. 12 mA"
Molimo Vas da ovu tačku tehničke specifikacije izmijenite na sledeći način:
"Kontinuirana dijaskopija: najveća struja min. 6 mA na 110 kV"
Obrazloženje: Kakvu kV vrijednost sistem treba da ima za pulsnu dijaskopiju na min. 25 mA?

Sistem koji tražite u tenderskoj specifikaciji koristi 110kV 6mA što je potpuno isto kao sistem koji želimo da ponudimo. kV otkriva kontrast između tvrdih i mekih tkiva, mA je opasan faktor u rendgenskom zračenju i treba ga smanjiti gdje god je to izvodljivo. Što je veći kilonapon, veći je prodor. Tako min. 12 mA nije značajan parametar za dobre ishode pacijenata. Različiti proizvođači koriste različite tehnologije da bi postigli isto: što nisku dozu što je razumno moguće uz maksimalne rezultate za pacijente. Stoga predlažemo promjenu na "Kontinuirana dijaskopija: najveća struja min. 6 mA na 110 kV" jer IK zavisi od cijelog lanca snimanja i korisnika, a ne samo od mA.

U tački 3.2 zahtjevate: "Veličina velikog fokusa max.1.4, veličina malog fokusa max.0.6" Molimo Vas da ovu tačku tehničke specifikacije izmijenite na sledeći način: "Veličina velikog fokusa max.1.5, veličina malog fokusa max.0.6" Pošto postoji mala razlika između naših sistema koje želimo da ponudimo, ova razlika ne doprinosi značajno ishodom snimanja pacijenata, predlažemo da prihvatimo naš predlog za 0,6 male (čak i bolju rezoluciju prema zahtjevu) i 1,5 za veću fokusnu tačku od strane IEC-a.

U tački 3.3 zahtjevate: "Toplotni kapacitet anode min.76.000 HU" Molimo Vas da ovu tačku specifikacije izmijenite na sledeći način: "Toplotni kapacitet anode min.50.000 HU sa kapacitetom hlađenja anode min. 50.000 HU" Navedena izmjena ni u kom smislu neće umanjiti kvalitet ponuđenog uređaja, prihvatanjem navedene izmjene omogućit ćete učešće većem broju zainteresovanih ponuđača u predmetnom postupku. Nudimo sistem koji posjeduje karakteristike hlađenja anode vrijednosti 50kHU/min, odnosno toplinski kapacitet od 700kHU. Zbog napredne tehnologije optimiziranja i fokusiranja slike koju naši sistemi imaju, predložene karakteristike su više nego dovoljno za pravilno i dugotrajno funkcionisanje sistema. U svakom slučaju, klinička primjena traženog sistema neće biti smanjena.

U tački 4.3 zahtjevate: "Maksimalna brzina pulsne dijaskopije min. 8 pps" Molimo Vas da ovu tačku tehničke specifikacije izmijenite na sledeći način: "Maksimalna brzina pulsne dijaskopije min. 7.5 pps" Obrazloženje: kakvu vrstu pps sistem treba da postigne pri pulsnoj fluoroskopiji na min.25mA(kako je zahtevano u tački 2.4)? Prema našem razumjevanju, sistem ne može da postigne 8pps sa 25mA, što znači da oba zahtjeva u kombinaciji nemaju značajan uticaj na ishode pacijenata za potrebne procedure u vašoj bolnici i napisana su samo da favorizuju jednog proizvođača. Proizvođači imaju različite tehničke pristupe, da bi postigli optimalne kliničke rezultate. Tražena promjena ne utiče na finalni klinički rezultat na osnovu kliničke potrebe. Sistem koji želimo nuditi koristi se širom svijeta za željene procedure. Različiti proizvođači koriste različite tehnologije da bi postigli isto: što nisku dozu što je razumno moguće uz maksimalne rezultate za pacijente. Stoga predlažemo promenu na min 7,5pps.

U tački 4.11 zahtjevate: "spremanje slike putem USB-a u DICOM format(min.2xUSB porta)" Molimo Vas da ovu tačku tehničke specifikacije izmijenite na sledeći način: "Spremanje slike putem USB-a u DICOM format, minimalno 1 USB port" Navedena izmjena ni u kom smislu neće umanjiti kvalitet ponuđenog uređaja, prihvatanjem navedene izmjene omogućit ćete učešće većem broju zainteresovanih ponuđača u predmetnom postupku.

- Komisija za javnu nabavku je dana 11.01.2023. godine odgovorila: "Stavka 1.1: Mijenja se i glasi: "Motorizovano namještanje C-luka po visini min.43cm", izmjena dostupna na Portalu

Stavka 1.3: Kao korisniku nam je veoma bitan što je moguće veći opseg lateralne rotacije C-luka. Molimo Vas da nam ponudite aparat koji zadovoljava tražene karakteristike, a ne da svjesno idemo u smanjenje kvaliteta aparata samo kako bi aparati niže kvalitete mogli zadovoljiti specifikaciju. Stavka 1.4: Mijenja se i glasi: "Udaljenost od žarišta redngenske cijevi do prednje stjenke elektronskog pojačala slike(SID) min.98,3 cm" izmjena dostupna na Portalu Stavka 1.5: Nismo u mogućnosti izmijeniti stavku na način na koji predlažete, jer nam odgovara veći slobodni prostor zbog same debljine stola i debljine pacijenta, obzirom da se namjeravaju raditi ERCP procedure.

Stavka 2.1: Kao korisniku nam je bitna veća snaga generatora jer nam omogućava konstantniji napon kV i

mA.

Stavke 2.4 i 2.5 se izbacuju, izmjena dostupna na Portalu
Stavka 3.2: Stavka se mijenja i glasi: „Veličina malog fokusa max 0.6“, izmjena dostupna na Portalu
Stavka 3.3: Stavka se mijenja i glasi: „Toplotni kapacitet anode min. 70.000 HU“. Stavka je već usklađena sa zahtjevom drugog ponuđača, tako da ne bismo išli u dalje sniženje ove karakteristike.
Stavka 4.3: Stavka se mijenja i glasi: “Maksimalna brzina pulsne dijaskopije 7.5 pps”, izmjena dostupna na Portalu
Stavka 4.11: Stavka se mijenja i glasi: “Spremanje slike putem USB-a u DICOM format, minimalno 1 USB port”, izmjena dostupna na Portalu
Lp”

Komisija za javnu nabavku u JU Kantonalna bolnica Zenica (otvoreni postupak broj: 11-174/22) je na zatvorenom sastanku dana 09.01.2023. godine, izvršila uvid u tendersku dokumentaciju na osnovu upita potencijalnih ponuđača i izvršila izmjenu dijela tenderske dokumentacije a koji se odnosi na Prilog broj 2 TD - tehnička specifikacija i izvršila uzmjene koje su sastavni dio ovog dopisa i sastavni dio ranije objavljene tenderske dokumentacije.

Navedene izmjene se uvrštavaju u novu TD, smataju se njenim sastavnim dijelom i bit će dostavljene svim potencijalnim ponuđačima putem sistema „E-nabavke“.

Prijem i otvaranje ponuda u predmetnoj javnoj nabavci pomjera se za dan 20.01.2023. godine.

- dana 11.01.2023. godine, izvršena je Ispravka TD i Ispravka Obavještenja o nabavci, broj 669-1-1-456-8-11/23,
- dana 07.01.2023. godine, potencijalni ponuđač se obratio Komisiji za javnu nabavku putem portala „E - nabavke“ sa sljedećim upitom: “U tački 5.1 zahtjevate: “Jedan LCD monitor visoke rezolucije, upravljiv dodirom, dijagonale min.69cm, rezolucije min.1920x1080 piksela. Monitor mora biti montiran na kućište C luka” Molimo Vas da ovu tačku tehničke specifikacije izmjenite na sledeći način: “Jedan LCD monitor visoke rezolucije, upravljiv dodirom, dijagonale min.69cm, rezolucije min.1920x1080 piksela. Monitor mora biti montiran na kućište C luka” Ili
Dva (2) monitora visoke rezolucije veličine min. 19”, rezolucije min. 1280 x 1024, kontrast min. 600:1, ugao gledanja min. 170°, integrisana na kolicima za monitore” Proizvođači imaju različite tehničke pristupe, da bi postigli optimalne kliničke rezultate. Tražena promjena ne utiče na finalni klinički rezultat na osnovu kliničke potrebe a omogućuje učešće većem broju zainteresovanih ponuđača u postupku nabavke.
U tački 5.2 zahtjevate: “sistem nosača monitora mora omogućiti pregled monitora sa sve četiri strane uređaja” Molimo Vas da ovu tačku tehničke specifikacije izmjenite na sledeći način: “sistem nosača monitora mora omogućiti pregled monitora sa sve četiri strane uređaji Ili
Dva (2) monitora visoke rezolucije veličine min. 19”, rezolucije min. 1280 x 1024, kontrast min. 600:1, ugao gledanja min. 170°, integrisana na kolicima za monitore” Proizvođači imaju različite tehničke pristupe, da bi postigli optimalne kliničke rezultate. Tražena promjena ne utiče na finalni klinički rezultat na osnovu kliničke potrebe a omogućuje učešće većem broju zainteresovanih ponuđača u postupku nabavke.
U tački 5.3 zahtjevate: “vertikalni pomak monitora min.40cm” Molimo Vas da ovu tačku tehničke specifikacije izmjenite na sledeći način: “vertikalni pomak monitora min.40cm Ili
Dva (2) monitora visoke rezolucije veličine min. 19”, rezolucije min. 1280 x 1024, kontrast min. 600:1, ugao gledanja min. 170°, integrisana na kolicima za monitore” Proizvođači imaju različite tehničke pristupe, da bi postigli optimalne kliničke rezultate. Tražena promjena ne utiče na finalni klinički rezultat na osnovu kliničke potrebe a omogućuje učešće većem broju zainteresovanih ponuđača u postupku nabavke.
U tački 5.4 zahtjevate: “horizontalni I vertikalni ugao gledanja monitora min.178 stepeni”

Molimo Vas da ovu tačku tehničke specifikacije izmijenite na sledeći način: "horizontalni i vertikalni ugao gledanja monitora min.178 stepeni ili

Dva (2) monitora visoke rezolucije veličine min. 19", rezolucije min. 1280 x 1024, kontrast min. 600:1, ugao gledanja min. 170°, integrisana na kolicima za monitore" Proizvođači imaju različite tehničke pristupe, da bi postigli optimalne kliničke rezultate. Tražena promjena ne utiče na finalni klinički rezultat na osnovu kliničke potrebe a omogućuje učešće većem broju zainteresovanih ponuđača u postupku nabavke.

U tački 5.5 zahtjevate: "rotacija okvira monitora min.180 stepeni, rotacija držača monitora u odnosu na kućište min.210 stepeni, okret zgloba na držaču monitora min.180 stepeni, raspon nagiba monitora min.30 stepeni" Molimo Vas da ovu tačku tehničke specifikacije izmijenite na sledeći način: "rotacija okvira monitora min.180 stepeni, rotacija držača monitora u odnosu na kućište min.210 stepeni, okret zgloba na držaču monitora min.180 stepeni, raspon nagiba monitora min.30 stepeni ili

Dva (2) monitora visoke rezolucije veličine min. 19", rezolucije min. 1280 x 1024, kontrast min. 600:1, ugao gledanja min. 170°, integrisana na kolicima za monitore" Proizvođači imaju različite tehničke pristupe, da bi postigli optimalne kliničke rezultate. Tražena promjena ne utiče na finalni klinički rezultat na osnovu kliničke potrebe a omogućuje učešće većem broju zainteresovanih ponuđača u postupku nabavke.

U tački 6.1 zahtjevate: "Upravljanje sistemom preko ekrana osjetljivog na dodir, dijagonale min.26cm rezolucije min.1280x800 piksela" Molimo Vas da ovu tačku tehničke specifikacije izmijenite na sledeći način: "Upravljanje sistemom preko ekrana osjetljivog na dodir, dijagonale min.26cm rezolucije min.1280x800 piksela ili

Ekran osjetljiv na dodir (touch screen) na C-luku za upravljanje generatorom, sa prikazom slike i postavljениh vrijednosti" Proizvođači imaju različite tehničke pristupe, da bi postigli optimalne kliničke rezultate. Tražena promjena ne utiče na finalni klinički rezultat na osnovu kliničke potrebe a omogućuje učešće većem broju zainteresovanih ponuđača u postupku nabavke.

U tački 6.2 zahtjevate: "raspon nagiba upravljačkog ekrana min.40 stepeni" Molimo Vas da ovu tačku tehničke specifikacije izmijenite na sledeći način: "raspon nagiba upravljačkog ekrana min.40 stepeni ili

Ekran osjetljiv na dodir (touch screen) na C-luku za upravljanje generatorom, sa prikazom slike i postavljениh vrijednosti" Proizvođači imaju različite tehničke pristupe, da bi postigli optimalne kliničke rezultate. Tražena promjena ne utiče na finalni klinički rezultat na osnovu kliničke potrebe a omogućuje učešće većem broju zainteresovanih ponuđača u postupku nabavke.

U tački 6.3 zahtjevate: "rotacija upravljačkog ekrana u odnosu na kućište c luka min.270 stepeni" Molimo Vas da ovu tačku tehničke specifikacije izmijenite na sledeći način: "rotacija upravljačkog ekrana u odnosu na kućište c luka min.270 stepeni ili

Ekran osjetljiv na dodir (touch screen) na C-luku za upravljanje generatorom, sa prikazom slike i postavljениh vrijednosti" Proizvođači imaju različite tehničke pristupe, da bi postigli optimalne kliničke rezultate. Tražena promjena ne utiče na finalni klinički rezultat na osnovu kliničke potrebe a omogućuje učešće većem broju zainteresovanih ponuđača u postupku nabavke.

S poštovanjem."

- Komisija za javnu nabavku je dana 11.01.2023. godine odgovorila: "Poštovani, Stavke 5.1 – 5.5: Nismo u mogućnosti izmijeniti stavku na način na koji predlažete, jer monitor treba biti montiran na kućište C-luka zbog nedostatka prostora u sali i potencijalne opasnosti od spojnih kablova između kolica i kućišta. Stavka

6.1-6.3: Ugovorni organ je na jasan i nedvosmislen način definisao minimalne tehničke zahtjeve koji mogu da zadovolje svi renomirani proizvođači radiološke opreme čime je osigurana elementarna konkurencija. Za Ugovorni organ je prihvatljivo bilo kakvo rješenje koje je bolje i naprednije od minimalno postavljenih zahtjeva. Tražena izmjena se odbija. Lp”

Od strane potencijalnih ponuđača postavljana su pitanja, na koje je Ugovorni organ u određenom roku dao odgovore i obavještenja vodeći računa o jednakom tretmanu svih potencijalnih ponuđača.

- da je sa portala „E-nabavke“ tendersku dokumentaciju objavljenu 27.12.2022. godine, preuzelo ukupno 17 (sedamnaest) potencijalnih ponuđača, Ispravku tenderske dokumentacije objavljenu 11.01.2023. godine, preuzelo ukupno 10 (deset) potencijalnih ponuđača,
- da je javno otvaranje ponuda bilo dana 20.01.2023.godine u 13,00 sati,
- da na javnom otvaranju ponuda nisu prisustvovali predstavnici ponuđača,
- da su u predmetnom postupku nabavke, broj: 11-174/22, u predviđenom roku pristigle 2 (dvije) ponude i to ponude ponuđača:

1. „SIEMENS MEDICINA“ D.O.O. SARAJEVO
2. „Medical“ D.O.O. MOSTAR

Prikaz prihvatljivosti ponuda prema obliku, sadržaju i potpunosti, iz zapisnika o otvaranju ponuda:

Redni broj omotnice ponude	Naziv ponuđača	CIJENA (izražena u KM bez PDV-a)
1.	„SIEMENS MEDICINA“ D.O.O. SARAJEVO	Ukupna cijena ponude: 120.000,00 Garantni rok: 12 mjeseci
2.	„MEDICAL“ D.O.O. MOSTAR	Ukupna cijena ponude: 130.000,00 Garantni rok: 12 mjeseci

Za ispunjavanje svih uslova predviđenih tenderskom dokumentacijom traženo je dostavljanje sljedećih dokumenata, obrazaca i izjava:

USLOVI ZA KVALIFIKACIJU

10.1 Ponuđač je dužan u svrhu dokazivanja lične sposobnosti iz člana 45. ZJN BiH dokazati da:

- a) u krivičnom postupku nije osuđen pravosnažnom presudom za krivična djela organizovanog kriminala, korupciju, prevaru ili pranje novca, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan;
- b) nije pod stečajem ili nije predmet stečajnog postupka, osim u slučaju postojanja važeće odluke o potvrdi stečajnog plana ili je predmet postupka likvidacije, odnosno u postupku je obustavljanja poslovne djelatnosti, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan;
- c) je ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem penzijskog i invalidskog osiguranja i zdravstvenog osiguranja, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili propisima zemlje u kojoj je registrovan;
- d) je ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem direktnih i indirektnih poreza, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan.

U svrhu dokazivanja uslova iz tački a) do d) ponuđač je dužan dostaviti popunjenu i ovjerenu kod nadležnog organa (općinskog organa uprave, suda ili notara) izjavu koja je sastavni dio tenderske dokumentacije. Izjava ne smije biti starija od 15 dana od dana predaje ponude.

Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, svaki član grupe je dužan dostaviti ovjerenu izjavu.

Ponuđač koji bude odabran kao najbolji u ovom postupku javne nabavke je dužan dostaviti sljedeće dokaze u svrhu dokazivanja činjenica potvrđenih u izjavi i to:

- a) izvod iz kaznene evidencije nadležnog suda i Suda BiH da u krivičnom postupku nije osuđen pravosnažnom presudom za krivična djela organizovanog kriminala, korupciju, prevaru ili pranje novca, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan;
- b) izvod ili potvrda iz evidencije u kojim se vode činjenice da nije pod stečajem ili nije predmet stečajnog postupka, osim u slučaju postojanja važeće odluke o potvrdi stečajnog plana ili je predmet postupka likvidacije,

odnosno u postupku je obustavljanja poslovne djelatnosti, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan;

c) potvrde nadležne poreske uprave ili ukoliko se radi o ponuđaču koji nije registrovan u Bosni i Hercegovini, potvrda ili izvod iz evidencije na osnovu koje se može utvrditi da uredno izmiruje obaveze za penzijsko i invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje.

d) potvrde nadležne/ih institucija o uredno izmirenim obavezama po osnovu direktnih i indirektnih poreza.

U slučaju da ponuđači imaju zaključen sporazum o reprogramu obaveza, odnosno odgođenom plaćanju, po osnovu doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje, direktne i indirektno poreze, dužni su dostaviti potvrdu nadležne institucije/a da ponuđač u predviđenoj dinamici izmiruje svoj reprogramirane obaveze. Ukoliko je ponuđač zaključio sporazum o reprogramu obaveza ili odgođenom plaćanju obaveza i izvršio samo jednu uplatu obaveza, neposredno prije dostave ponude, ne smatra se da u predviđenoj dinamici izvršavaju svoje obaveze i taj ponuđač neće biti kvalifikovan u ovom postupku javne nabavke.

Dokazi koje je dužan dostaviti izabrani ponuđač moraju sadržavati potvrdu da je u momentu predaje ponude ispunjavao uslove koji se traže tenderskom dokumentacijom. U protivnom će se smatrati da je dao lažnu izjavu. Dokaze o ispunjavanju uslova je dužan dostaviti u roku od 10 (deset) dana od dana zaprimanja obavještenja o rezultatima ovog postupka javne nabavke. Dokazi koje dostavlja izabrani ponuđač ne mogu biti stariji od tri mjeseca, računajući od momenta predaje ponude. Naime, izabrani ponuđač mora ispunjavati sve uslove u momentu predaje ponude, u protivnom će se smatrati da je dao lažnu izjavu iz člana 45. ZJN BiH.

Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, svaki član grupe mora ispunjavati uslove u pogledu lične sposobnosti i dokazi se dostavljaju za svakog člana grupe.

Ugovorni organ može isključiti ponuđača/kandidata na period od 12 mjeseci iz učešća u postupku javne nabavke ukoliko može dokazati:

- a) da je kandidat/ponuđač sklopio sporazum sa drugim kandidatom/ponuđačem kojem je cilj narušavanje tržišne konkurencije,
- b) da je dokazivo odgovarajućim dokaznim sredstvima da je ponuđač/kandidat kriv za teški profesionalni propust koji dovodi u pitanje njegov integritet,
- c) da su utvrđeni značajni nedostaci tokom sprovođenja predhodnog javnog ugovora ili predhodnog ugovara sa sektorskim organom čija je posljedica bila prijevremeni raskid tog predhodnog ugovora, naknada štete ili druga slična sankcija,
- d) ako je kandidat/ponuđač lažno prikazao činjenice pri dostavljanju podataka potrebnih za provjeru kvalifikacionih i/ili kriterijuma za dodjelu ugovora, ako je prikrio takve informacije ili nije ustanju da priloži popratne dokumente,
- e) ako se sukob interesa u smislu člana 52. Zakona ne može ukloniti drugim, manjim drastičnim mjerama.

Rok od 12 mjeseci na koji se može isključiti ponuđača/kandidata iz učešća u postupku javne nabavke računa se od dana donošenja odluke nadležnog organa.

Kandidat/ponuđač kod kojeg su ostvarene osnove za isključenje po gore nabrojanim dokazima koji se mogu predočiti, može se dostaviti dokaz ugovornom organu o mjerama koje je preduzeo kako bi dokazao svoju pouzdanost bez obzira na postojanost relevantne osnove za isključenje, a to se dokazuje sljedećim:

- a) plaćanjem naknade štete ili preduzimanjem drugih odgovarajućih mjera s ciljem plaćanja naknade štete prouzrokovane krivičnim djelom ili propustom,
- b) aktivnom saradnjom sa nadležnim istražnim organima radi potpunog razrješenja činjenica i okolnosti u vezi sa krivičnim djelom ili propustom,
- c) odgovarajućim tehničkim, organizacionim i kadrovskim mjerama radi sprečavanja daljnjih krivičnih djela ili propusta.

Mjere koje preduzme kandidat/ponuđač (gore nabrojane) ocjenjuju se uzimajući u obzir težinu i posebne okolnosti djela ili propuste te je obavezan obrazložiti razloge prihvatanja ili neprihvatanja mjera. Ugovorni organ neće isključiti kandidata/ponuđača iz postupka nabavke ako je ocjenjeno da su preduzete mjere primjerene.

Kandidat/ponuđač kojem je pravosnaznom presudom određena zabrana ucestvovanja u postupcima javne nabavke na određeno vrijeme nema pravo korištenja mogućnosti dostavljanja dokaza kojima dokazuje svoju pouzdanost bez obzira na postojanje relevantnih osnova za isključenje.

Ako ugovorni organ ima sumnje o postojanju okolnosti za odbacivanje ili isključenje kandidata/ponuđača, može se obratiti nadležnim organima s ciljem pribavljanja potrebnih informacija o predmetnom postupku.

Ponuđač je dužan u svrhu dokazivanja sposobnosti obavljanja profesionalne djelatnosti kandidata iz člana 46. ZJN BiH dokazati da je:

- a) da je registrovan u relevantnim profesionalnim ili drugim registrima u zemlji u kojoj je registrovan, ili dostavi posebnu izjavu ili potvrdu nadležnog organa kojom dokazuje njihovo pravo da obavlja profesionalnu djelatnost koja je u vezi sa predmetnom nabavkom,
- b) upisan u registar veletrgovaca prometa lijekova i medicinskim sredstvima kod Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH,
- c) da je ovlašten distributer za predmet javne nabavke u BiH.

U svrhu dokazivanja uslova iz tačke a) ponudjač je dužan dostaviti:

- Rješenje o upisu u sudski registra ili aktuelni sudski izvod iz sudskog registra ili neki drugi dokument kojim ponudač nedvosmisleno dokazuje da je registrovan za obavljanje predmetne djelatnosti.

U svrhu dokazivanja uslova iz tačke b) ponudjač je dostaviti:

- Važeću dozvolu za promet lijekovima i medicinskim sredstvima na teritoriji Bosne i Hercegovine koju je izdala Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH.

U svrhu dokazivanja uslova iz tačke c) ponudjač je dostaviti:

- važeća autorizacija proizvođača ili glavnog distributera ponuđenih medicinskih sredstava.

Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, svi članovi grupe zajedno moraju biti registrovani za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke ili za dio predmetne nabavke.

Ponuđač je dužan dostaviti navedene dokaze uz ponudu u kopiji.

Ponuđač koji bude odabran kao najbolji u ovom postupku javne nabavke je dužan dostaviti navedene dokaze u originalu ili ovjerenoj kopiji od strane naležne institucije u roku od 7 /sedam/ dana od dana zaprimanja obavještenja o rezultatima ovog postupka javne nabavke.

Ponuđač je dužan u svrhu dokazivanja ekonomsko i finansijske sposobnosti kandidata iz člana 47. ZJN BiH dokazati da:

- a) da je glavni transakcijski bankarski račun ponuđača aktivan i solventan

U svrhu dokazivanja uslova ponuđač je dužan dostaviti:

- Izjavu ovjerenu od strane ponuđača, koja je dostavlja u formi iz Priloga broj 4. TD, koja ne smije biti starija od 15 (petnaest) dana od dana predaje ponude i dostavljanje:
- potvrda banke ponuđača (ili neke druge finansijske ustanove npr Centralna banka BiH) da ponuđač ima otvoren i solventan račun kod iste i da je ujedno taj račun glavni, dostavlja se kao neovjerena kopija originala, s tim da datum izdavanja originala ne može biti stariji od 3 /tri/ mjeseca računajući od dana dostavljanja ponude.

Ponuđač koji bude odabran kao najbolji u ovom postupku javne nabavke je dužan dostaviti originale ili ovjerene kopije ranije navedenih dokumenata u roku od 7 (sedam) dana od dana zaprimanja obavještenja o rezultatima ovog postupka javne nabavke.

Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, svaki član grupe je dužan dostaviti ovjerenu izjavu.

Ponudjač je dužan u svrhu dokazivanja tehničke sposobnosti kandidata iz član 48. i 49. ZJN BiH dokazati:

- a) da je ponuđena medicinska oprema upisana u registar medicinskih sredstava kod Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH,
- b) da ponuđena medicinska oprema posjeduje odgovarajuće uvjerenje o kvalitetu izdato od strane organa ovlaštenog za verifikaciju proizvođača (samo ukoliko medicinskih sredstava traženih javnom nabavkom nema upisanih u registru sredstava kod Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH)
- c) da ima angažovane tehničko osoblje za poslove postavljanja, instaliranja i servisiranja ponuđene medicinske opreme.
- d) opise i/ili fotografije ponuđene opreme

U svrhu dokazivanja uslova iz tačke a) ponudjač je dužan dostaviti:

- kopiju važećeg dokumenta (rješenje, potvrda i sl.) o upisu ponudjenog medicinske opreme u registar medicinskih sredstava kod Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH.

U svrhu dokazivanja uslova iz tačke b) ponuđač je dužan dostaviti:

- EC-Certifikat o uskladenosti ili izjave proizvođača o uskladenosti ponudjenog medicinskog sredstva s evropskom direktivom (Declaration of Conformity), obična kopija,
- Izjava ponuđača da će uz isporuku medicinskog sredstva dostaviti ovjerenu kopiju saglasnosti za uvoz medicinskog sredstva-opreme izdatog od strane Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH (originalan dokument),

U svrhu dokazivanja uslova iz tačke c) ponuđač je dužan dostaviti:

- spisak angažovanih ovlaštenih certificiranih serviseru u BiH i to najmanje 1 /jedan/ ovlaštenih serviser, sa adresom i kontakt telefonima, potpisan od strane ponuđača (originalan dokument),
- certifikate za serviseru izdate od strane proizvođača opreme (obična kopija)

U svrhu dokazivanja uslova iz tačke d) ponuđač je dužan dostaviti:

- prospektnu dokumentaciju za ponuđeno medicinsko sredstvo (tehničke karakteristike, katalogska slika) na jednom od službenih jezika u B i H,
- izjavu ponuđača da se radi o opremi najnovije generacije proizvoda (originalan dokument),

NAPOMENA: Primjena uslova za dokazivanja tehničke sposobnosti kandidata (Član 48. i 49. ZJN BiH) pod b), i dokaza traženih za ispunjavanje navedenog uslova primjenjuje se samo ukoliko ne bude ponuđenih **medicinskih sredstava**-opreme upisanih u registar kod Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, a prema aktu navedene Agencije od 21.01.2016. godine. Za ponuđače koji ponude medicinsko sredstvo upisano u registar kod Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, ne traži se ispunjavanje uslova i dokaza pod b).

Ponuđač koji bude odabran kao najbolji u ovom postupku javne nabavke je dužan dostaviti original ili ovjerenu kopiju ranije navedenih dokumenata u roku od 7 (sedam) dana od dana zaprimanja obavještenja o rezultatima ovog postupka javne nabavke.

Dokaz koji je dužan dostaviti izabrani ponuđač mora sadržavati potvrdu da je u momentu predaje ponude ispunjavao uslove koji se traže tenderskom dokumentacijom.

Ako je period od registracije/osnivanja dobavljača kraći od perioda za koji ugovorni organ zahtijeva izjave i dokumente koji se odnose na ekonomsko i finansijsko stanje i tehničku i profesionalnu sposobnost dobavljača, dobavljač treba dostaviti dokumente samo za period od svoje registracije/osnivanja.

Izjave i dokumenti o uslovima isporuke, garanciji i pružanju servisne podrške:

1. Izjava ponuđača da garantni rok za isporučena medicinsku opremu iznosi **minimalno 12 (dvanaest) mjeseci od dana zapisničkog puštanja medicinske opreme u rad**,
2. Izjava ponudjača da su za vrijeme garantnog roka usluge servisiranja (što podrazumijeva korektivni i preventivni servis i sve ostale eventualne usluge) i isporuke rezervnih dijelova i potrošnog materijala i dijelova za preventivni i korektivni servis besplatne,
3. Izjava da su za aparat obezbjedjeni rezervni dijelovi, potrošni materijal i ovlašteni servis za minimalno 10 /deset/ godina od puštanja opreme u rad,
4. Lista rezervnih dijelova sa cijenama, ovjerena i potpisana od strane ponuđača
5. Izjava da će se svi kvarovi na aparatu u garantnom roku otkloniti u roku od 24 sata nakon prijave kvara, odnosno maksimalno 7 (sedam) dana neophodnih za nabavku i zamjenu neispravnih rezervnih dijelova, uz odaziv serviseru najkasnije u roku od 24 sata od momenta prijave kvara od strane nadležne osobe naručioca,
6. Izjava ponuđača da će ustupiti ugovornom organu zamjenski aparat istih karakteristika u slučaju da popravka kvara u garantnom roku traje duže od 7 dana i koji će biti na raspolaganju ugovornom organu sve do okončanja popravke
7. Izjava ponuđača da je tokom garantnog roka isporučilac dužan uraditi 1 (jedan) preventivni godišnji servis opreme uz najavu Ustanovi,
8. Izjava ponudjača da će obezbijediti besplatnu edukaciju zaposlenika koji će raditi na navedenom aparatu
9. Izjava ponuđača da će nakon završene instalacije i edukacije ugovorne strane potpisati zapisnik o puštanju opreme u rad,
10. Izjava ponuđača da rok isporuke predmetne robe neće biti duži od 60 (šezdeset) dana od dana obostranog potpisivanja predmetnog ugovora u skladu sa tačkom 9. TD
11. Izjava ponuđača da je mjesto isporuke predmetne robe franko skladište JU Kantonalna bolnica Zenica u skladu sa tačkom 8. TD
12. Izjava ponuđača o opciji ponude u trajanju od 120 (stodvadesetdana) dana u skladu sa tačkom 21. TD

1. KOMISIJA KOJA PROVODI PREDMETNU JAVNU NABAVKU ROBE – C LUK ZA POTREBE JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA (tender broj: 11-174/22) KONSTATUJE DA JE PONUĐAČ „SIEMENS MEDICINA“ D.O.O. SARAJEVO, UZ PONUDU KAO NJEN SASTAVNI DIO DOSTAVIO SLJEDEĆE DOKUMENTE, I TO:

- Naslovna strana ponude
- Spisak dostavljenih dokumenata ponude, potpisan i ovjeren od strane ovlaštene osobe ponuđača
- Podaci o ponuđaču na memorandumu ponuđača, potpisano i ovjeren od strane ovlaštene osobe ponuđača
- Obrazac za dostavljanje ponude **Prilog broj 1**, popunjen, potpisan i ovjeren od strane ovlaštene osobe ponuđača
- Obrazac za cijenu ponude, **Prilog broj 2**, - izmjena, popunjen, ovjeren i potpisan od strane ovlaštene osobe,
- Ponuda na memorandumu ponuđača broj CPQ – 757944 Rev. 0 od 18.01.2023. godine, ovjerena i potpisana od strane ovlaštene osobe, na 16 strana (od str. 9 do str. 15)
- Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 45. stav (1) tačaka od a) do d) ZJN BiH, **Prilog broj 3**, popunjena, potpisana i ovjerena od strane ovlaštene osobe ponuđača i ovjerena od kod nadležnog organa dana 18.01.2023. godine,
- Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 47. st. (1) tačaka od a) do d) i (4) ZJN BiH, **Prilog broj 4**, popunjena, potpisana i ovjerena od strane ovlaštene osobe ponuđača i ovjerena kod nadležnog organa dana 18.01.2023. godine,
- Obrazac Izjave o dostavi garancije za uredno izvršenje ugovora, **Prilog broj 5**, popunjen, potpisan i ovjeren od strane ovlaštene osobe ponuđača,
- Pismena izjava iz člana 52. ZJN BiH, **Prilog broj 6**, popunjena, potpisana i ovjerena od strane ovlaštene osobe ponuđača i ovjerena kod nadležnog organa dana 18.01.2023. godine,
- Povjerljive informacije, **Prilog broj 7**, potpisan i ovjeren od strane ovlaštene osobe ponuđača,
- Obrazac izjave o prihvatanju općih i posebnih uslova tenderske dokumentacije, **Prilog broj 9**, popunjen, potpisan i ovjeren od strane ovlaštene osobe ponuđača,
- Aktuelni izvod iz sudskog registra, Općinski sud u Sarajevu, broj: 065-0-RegZ-22-012618 od 02.12.2022. godine, kopija,
- Rješenje Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, broj: 10-07.12-2-5553-1/19 od 08.10.2019. godine, **o upisu** ponuđača u Registar veleprometnika medicinskih sredstava, kopija,
- Potvrda Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH broj: 06-07.4-1-11935-1/21 od 07.02.2022. godine, o upisu medicinskog sredstava u Registar medicinskih sredstava BiH, izdata za period do 06.02.2027. godine, kopija,
- Potvrda Raiffeisen bank o solventnosti računa od 29.12.2022. godine, kopija,
- Autorizacija proizvođača opreme Siemens, kopija potpisana i ovjerena od strane ovlaštene osobe ponuđača,
- Autorizacija proizvođača opreme Siemens, prevod Stalnog sudskog tumača, kopija
- Izjava ponuđača o servisu i organizaciji rada servisne službe, sa spisakom angažovanih ovlaštenih certificiranih servisera u BiH, sa adresama i kontakt telefonima, potpisana od strane ponuđača (originalan dokument),
- Certifikat za lice Kenan Kalamujić, prevod sudskog tumača i document na engleskom jeziku, kopija
- Izjava ponuđača da se radi o opremi najnovije generacije proizvoda, potpisana i ovjerena od strane ovlaštene osobe;
- Izjava ponuđača o garantnom roku, potpisana i ovjerena od strane ovlaštene osobe;
- Lista rezervnih dijelova sa cijenama, ovjerena i potpisana od strane ponuđača,
- Izjava ponudjača da su za vrijeme garantnog roka usluge servisiranja (što podrazumijeva korektivni i preventivni servis i sve ostale eventualne usluge) i isporuke rezervnih dijelova i potrošnog materijala i dijelova za preventivni i korektivni servis besplatne, potpisana i ovjerena od strane ovlaštene osobe;
- Izjava da su za aparat obezbjedjeni rezervni dijelovi, potrošni materijal i ovlašteni servis za minimalno 10 /deset/ godina od puštanja opreme u rad, potpisana i ovjerena od strane ovlaštene osobe;
- Izjava da će se svi kvarovi na aparatu u garantnom roku otkloniti u roku od 24 sata nakon prijave kvara, odnosno maksimalno 7 (sedam) dana neophodnih za nabavku i zamjenu neispravnih rezervnih dijelova, uz odaziv servisera najkasnije u roku od 24 sata od momenta prijave kvara od strane nadležne osobe naručioca, potpisana i ovjerena od strane ovlaštene osobe;

- Izjava ponuđača da je tokom garantnog roka isporučilac dužan minimalno 1 (jedan) put godišnje izvršiti preventivno servisiranje opreme prema zahtjevu korisnika, potpisana i ovjerena od strane ovlaštene osobe;
- Izjava ponuđača da će ustupiti ugovornom organu zamjenski aparat istih karakteristika u slučaju da popravka kvara u garantnom roku traje duže od 7 dana i koji će biti na raspolaganju ugovornom organu sve do okončanja popravke, potpisana i ovjerena od strane ovlaštene osobe;
- Izjava ponuđača da će obezbijediti besplatnu edukaciju zaposlenika koji će raditi na navedenom aparatu, potpisana i ovjerena od strane ovlaštene osobe;
- Izjava ponuđača da će nakon završene instalacije i edukacije ugovorne strane potpisati zapisnik o puštanju opreme u rad, potpisana i ovjerena od strane ovlaštene osobe;
- Izjava ponuđača da rok isporuke predmetne robe neće biti duži od 60 (šezdeset) dana od dana obostranog potpisivanja predmetnog ugovora, potpisana i ovjerena od strane ovlaštene osobe;
- Izjava ponuđača da je mjesto isporuke predmetne robe franko skladište JU Kantonalna bolnica Zenica, potpisana i ovjerena od strane ovlaštene osobe;
- Izjava ponuđača o opciji ponude u trajanju od 120 (stodvadesetdana) dana, potpisana i ovjerena od strane ovlaštene osobe;
- Izjava ponuđača o bezavansnom plaćanju u roku od 60 (šezdeset) dana, potpisana i ovjerena od strane ovlaštene osobe;
- Nacrt ugovora o nabavci i održavanju medicinske opreme, **Prilog broj 8**, popunjen, potpisan i ovjeren od strane ovlaštene osobe ponuđača,
- Prospektna dokumentacija – SIEMENS Healthineers, original document (od str. 51 do str. str. 57).

Analizom ponude ponuđača „SIEMENS Medicina“ d.o.o. Sarajevo, Komisija koja provodi predmetnu javnu nabavku robe: C LUK za potrebe JU Kantonalna bolnica Zenica (tender broj 11-174/22), je utvrdila da je ponuda uvezana na način utvrdjen T.D., da je ista numerisana i da je ponuđač dostavio “KOPIJU” i “ORIGINAL” ponude kako je traženo u tački 12. TD, da je ponuđač dostavio sve dokumente, obrasce i izjave tražene tenderskom dokumentacijom o ispunjavanju uslova traženih u pogledu:

- lične sposobnosti iz člana 45. ZJN BiH u skladu sa tačkom 10.1. TD,
- profesionalne sposobnosti iz člana 46. ZJN BiH u skladu sa tačkom 10.2. TD,
- ekonomsko-finansijske sposobnosti iz član 47. ZJN BiH,
- tehničke sposobnosti iz člana 48. i 49. ZJN BiH a u skladu sa tačkom 10.4. TD,
- te da je ponuđač dostavio sve izjave o uslovima isporuke, garanciji i pružanju servisne podrške, ovjerene i potpisane od strane ovlaštene osobe u skladu sa 10.5. TD

Nakon otvaranja ponuda predsjednik Komisije je izuzeo kopiju ponude, te se pismeno očitovao o dostavljenoj tehničkoj specifikaciji i prospektnoj dokumentaciji na način da ista ne zadovoljava tehničke specifikacije postavljene u Obrascu za cijenu ponude i to u tački 1.3. (lateralna rotacija C luka), 5.1. (nije joj intgrisan monitor na kućištu što je bio minimum tehničke specifikacije radi manjka prostora u operacionoj sali), a samim tim ne zadovoljava specifikacije za monitor pod broje 5.2., 5.3., 5.5., 6.2. i 6.3., prema svemu navedenom tehnička specifikacija nije u skladu sa Obrascem za cijenu ponude.

Na osnovu navedenog Komisija koja provodi predmetnu javnu nabavku robe: C LUK za potrebe JU Kantonalna bolnica Zenica (tender broj: 11-174/22), konstatuje da ponuda ponuđača „SIEMENS Medicina“ d.o.o. Sarajevo formalno pravno ne zadovoljava tehničke specifikacije i ista se isključuje iz daljnjeg vrednovanja ponuda.

1. KOMISIJA KOJA PROVODI PREDMETNU JAVNU NABAVKU ROBE – C LUK ZA POTREBE JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA (tender broj: 11-174/22) KONSTATUJE DA JE PONUĐAČ „MEDICAL“ D.O.O. MOSTAR, UZ PONUDU KAO NJEN SASTAVNI DIO DOSTAVIO SLJEDEĆE DOKUMENTE, I TO:

- Naslovna strana ponude
- Spisak dostavljenih dokumenata ponude, potpisan i ovjeren od strane ovlaštene osobe ponuđača
- Uvjerenje Porezne uprave-Kantonalni ured Mostar, o poreznoj registraciji ponuđača, izdato dana 23.10.2012. godine, kopija potpisana i ovjerena od strane ovlaštene osobe ponuđača i ovjerena kod nadležnog organa dana 10.01.2023. godine,
- Obrazac za dostavljanje ponude, **Prilog broj 1**, popunjen, ovjeren i potpisan od strane ovlaštene osobe;
- Obrazac za cijenu ponude, **Prilog broj 2**, popunjen, ovjeren i potpisan od strane ovlaštene osobe,

- Prospektna dokumentacija – GE Hualun Medical Systems Co, Kina original document sa prevodom, (od str. 10 do str. str. 31),
- Tehnička izjava - GE Hualun Medical Systems Co, Kina, kopija, ovjerena od strane ovlaštene osobe ponuđača i ovjerena kod nadležnog organa dana 19.01.2023. godine,
- Tehnička izjava - GE Hualun Medical Systems Co, Kina, prevod Stalnog sudskog tumača ,kopija, ovjerena od strane ovlaštene osobe ponuđača i ovjerena kod nadležnog organa dana 19.01.2023. godine,
- Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 45. stav (1) tačkaka od a) do d) ZJN BiH, **Prilog broj 3**, popunjena, potpisana i ovjerena od strane ovlaštene osobe ponuđača i ovjerena od kod nadležnog organa dana 10.01.2023. godine,
- Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 47. st. (1) tačkaka od a) do d) i (4) ZJN BiH, **Prilog broj 4**, popunjena, potpisana i ovjerena od strane ovlaštene osobe ponuđača i ovjerena kod nadležnog organa dana 18.01.2023. godine,
- Obrazac Izjave o dostavi garancije za uredno izvršenje ugovora, **Prilog broj 5**, popunjen, potpisan i ovjeren od strane ovlaštene osobe ponuđača,
- Pismena izjava iz člana 52. ZJN BiH, **Prilog broj 6**, popunjena, potpisana i ovjerena od strane ovlaštene osobe ponuđača i ovjerena kod nadležnog organa dana 10.01.2023. godine,
- Povjerljive informacije, **Prilog broj 7**, potpisan i ovjeren od strane ovlaštene osobe ponuđača,
- Nacrt ugovora o nabavci i održavanju medicinske opreme, **Prilog broj 8**, popunjen, potpisan i ovjeren od strane ovlaštene osobe ponuđača,
- Obrazac izjave o prihvatanju općih i posebnih uslova tenderske dokumentacije, **Prilog broj 9**, popunjen, potpisan i ovjeren od strane ovlaštene osobe ponuđača,
- Forma garancije za uredno izvršenje ugovora, **Prilog broj 10**, popunjen, potpisan i ovjeren od strane ovlaštene osobe ponuđača,
- Aktuelni izvod iz sudskog registra od 10.11.2022. godine, Općinski sud u Mostaru, kopija potpisana i ovjerena od strane ovlaštene osobe ponuđača i ovjerena kod nadležnog organa dana 10.01.2023. godine,
- Uvjerjenje **suda BiH**, broj Su: 03-9532/22 od 10.11.2022. godine o činjenicama iz službene evidencije, kojim se potvrđuje da protiv pravnog lica Inel-Med d.o.o. Mostar nije izrečena pravosnažna osuđujuća presuda za krivična djela organizovanog kriminala, prevaru, korupciju i pranje novca pred Sudom Bosne i Hercegovine, a sve u smislu člana 45. stav 2. tačka (a) ZJN BiH, kopija potpisana i ovjerena od strane ovlaštene osobe ponuđača i ovjerena kod nadležnog organa dana 10.01.2023. godine,
- Potvrda **Općinskog suda u Mostaru**, broj: Su-uvip 3745/2022 od 09.11.2022. g, da protiv ponuđača nije vođen kazneni-krivični postupak, odnosno nije donesena pravomoćna-pravosnažna osuđujuća presuda, za kaznena-krivična djela organiziranog kriminala, za korupciju, prevaru ili pranje novca, u skladu sa važećim propisima u BiH, kopija potpisana i ovjerena od strane ovlaštene osobe ponuđača i ovjerena kod nadležnog organa dana 10.01.2023. godine,
- Potvrda **Općinskog suda u Mostaru**, broj: Su. uvip. 3744/2022 od 10.11.2022. godina, da ponuđač nije pod stečajem, niti je predmet stečajnog postupka, kao i da nije predmet postupka likvidacije, kopija potpisana i ovjerena od strane ovlaštene osobe ponuđača i ovjerena kod nadležnog organa dana 10.01.2023. godine,
- Uvjerjenje **Porezne uprave** Federacije BiH, Porezna ispostava Mostar, broj: 13-7/1-12-5-16826-1/22 – O.B. od 09.11.2022. godine, da ponuđač prema poreznoj evidenciji nema obaveza/nema duga po osnovu javnih prihoda, kopija potpisana i ovjerena od strane ovlaštene osobe ponuđača i ovjerena kod nadležnog organa dana 10.01.2023. godine,
- Uvjerjenje **Uprave za indirektno-neizravno oporezivanje**, Regionalni ured Mostar, broj: 02/6/III-16-11-2-5796/22 od 11.11.2022. godine, da ponuđač na dan 11.11.2022. godine, nema dospjelih, a neizmirenih obaveza po osnovu neizravnih poreza, ostalih prihoda i pristojbi definisanih odredbama članka 1. stavak (2) Zakona o sistemu neizravnog oporezivanja i članka 1. stavak (3) Zakona o uplatama na Jedinstveni račun i raspodjeli prihoda, kopija potpisana i ovjerena od strane ovlaštene osobe ponuđača i ovjerena kod nadležnog organa dana 10.01.2023. godine,
- Rješenje Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH broj: 10-07.12-5-13173-1/21 od 15.02.2022. godine, o **upisu** u Registar prometa medicinskih sredstava na veliko, kopija potpisana i ovjerena od strane ovlaštene osobe ponuđača i ovjerena kod nadležnog organa dana 10.01.2023. godine,
- Autorizacija proizvođača opreme GE Hualun Medical Systems Co, Kina, kopija potpisana i ovjerena od strane ovlaštene osobe ponuđača i ovjerena kod nadležnog organa dana 10.01.2023. godine,
- Autorizacija proizvođača opreme GE Hualun Medical Systems Co, Kina, prevod Stalnog sudskog tumača, kopija, potpisan i ovjeren od strane ovlaštene osobe ponuđača i ovjerena kod nadležnog organa dana 10.01.2023. godine,
- Potvrda Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, broj: 06-07.4-1-4564-3/20 od 15.10.2020. godine, kojim se odobrava upis medicinskog sredstva u Registar medicinskih sredstava, sa rokom

- važnja do 14.10.2025. godine, kopija potpisana i ovjerena od strane ovlaštene osobe ponuđača i ovjerena kod nadležnog organa dana 10.01.2023. godine,
- Izvještaj Centralne banke BiH o računima poslovnog subjekta na dan 15.12.2022. godine, kopija potpisana i ovjerena od strane ovlaštene osobe ponuđača i ovjerena kod nadležnog organa dana 10.01.2023. godine,
 - Potvrda Raiffeisen Bank, broj: 04722/22 od 20.12.2022.g., o solventnosti računa, kopija potpisana i ovjerena od strane ovlaštene osobe ponuđača i ovjerena kod nadležnog organa dana 10.01.2023. godine,
 - Potvrda UniCredit Bank, broj: 13-6-9102/22 od 19.12.2022.g., o solventnosti računa, kopija potpisana i ovjerena od strane ovlaštene osobe ponuđača i ovjerena kod nadležnog organa dana 10.01.2023. godine,
 - Certifikat za lice Tarik Sendro, prevod sudskog tumača i document na engleskom jeziku, kopija
 - ovjerena od strane nadležnog organa, dana 10.01.2023. godine,
 - Izjava ponuđača o servisu i organizaciji rada servisne službe, sa spisakom angažovanih ovlaštenih certificiranih serviseru u BiH, sa adresama i kontakt telefonima, potpisana od strane ponuđača (originalan dokument),
 - Izjava ponuđača da se radi o opremi najnovije generacije proizvoda, potpisana i ovjerena od strane ovlaštene osobe;
 - Izjava ponuđača da je mjesto isporuke predmetne robe franko skladište JU Kantonalna bolnica Zenica, potpisana i ovjerena od strane ovlaštene osobe;
 - Izjava ponuđača da rok isporuke predmetne robe neće biti duži od 60 (šezdeset) dana od dana obostranog potpisivanja predmetnog ugovora, potpisana i ovjerena od strane ovlaštene osobe;
 - Izjava ponuđača o garantnom roku, potpisana i ovjerena od strane ovlaštene osobe;
 - Izjava ponuđača da su za vrijeme garantnog roka usluge servisiranja (što podrazumijeva korektivni i preventivni servis i sve ostale eventualne usluge) i isporuke rezervnih dijelova i potrošnog materijala i dijelova za preventivni i korektivni servis besplatne, potpisana i ovjerena od strane ovlaštene osobe;
 - Izjava da su za aparat obezbjedjeni rezervni dijelovi, potrošni materijal i ovlašteni servis za minimalno 10 /deset/ godina od puštanja opreme u rad, potpisana i ovjerena od strane ovlaštene osobe;
 - Lista rezervnih dijelova sa cijenama, ovjerena i potpisana od strane ponuđača,
 - Izjava da će se svi kvarovi na aparatu u garantnom roku otkloniti u roku od 24 sata nakon prijave kvara, odnosno maksimalno 7 (sedam) dana neophodnih za nabavku i zamjenu neispravnih rezervnih dijelova, uz odaziv serviseru najkasnije u roku od 24 sata od momenta prijave kvara od strane nadležne osobe naručioca, potpisana i ovjerena od strane ovlaštene osobe;
 - Izjava ponuđača da će ustupiti ugovornom organu zamjenski aparat istih karakteristika u slučaju da popravka kvara u garantnom roku traje duže od 7 dana i koji će biti na raspolaganju ugovornom organu sve do okončanja popravke, potpisana i ovjerena od strane ovlaštene osobe;
 - Izjava ponuđača da je tokom garantnog roka isporučilac dužan minimalno 1 (jedan) put godišnje izvršiti preventivno servisiranje opreme prema zahtjevu korisnika, potpisana i ovjerena od strane ovlaštene osobe;
 - Izjava ponuđača da će obezbijediti besplatnu edukaciju zaposlenika koji će raditi na navedenom aparatu, potpisana i ovjerena od strane ovlaštene osobe;
 - Izjava ponuđača da će nakon završene instalacije i edukacije ugovorne strane potpisati zapisnik o puštanju opreme u rad, potpisana i ovjerena od strane ovlaštene osobe;
 - Izjava ponuđača o opciji ponude u trajanju od 120 (stodvadesetdana) dana, potpisana i ovjerena od strane ovlaštene osobe;
 - Izjava ponuđača o bezavansnom plaćanju u roku od 60 (šezdeset) dana, potpisana i ovjerena od strane ovlaštene osobe;
 - Izjava ponuđača o nepromjenjivosti cijena, potpisana i ovjerena od strane ovlaštene osobe;
 - Izjava ponuđača da ne uživa preferenciju, potpisana i ovjerena od strane ovlaštene osobe;
 - Izjava ponuđača o dostavljanju garancije za dobro izvršenje ugovora, potpisana i ovjerena od strane ovlaštene osobe;
 - Ovlaštenje za lice Saradak Akaida, potpisana i ovjerena od strane ovlaštene osobe.

Analizom ponude ponuđača „Medical“ d.o.o. Mostar, Komisija koja provodi predmetnu javnu nabavku robe: C LUK za potrebe JU Kantonalna bolnica Zenica (tender broj 11-174/22), je utvrdila da je ponuda uvezana na način utvrđen T.D., da je ista numerisana i da je ponuđač dostavio “KOPIJU” i “ORIGINAL” ponude kako je traženo u tački 12. TD, da je ponuđač dostavio sve dokumente, obrasce i izjave tražene tenderskom dokumentacijom o ispunjavanju uslova traženih u pogledu:

- lične sposobnosti iz člana 45. ZJN BiH u skladu sa tačkom 10.1. TD, odnosno da je dostavio svu dokumentaciju kojoj dokazuje ispunjavanje uslova iz člana 45. ZJN BiH i istu neće biti dužan dostavljati u slučaju da bude odabran Odlukom o izboru najpovoljnijeg ponuđača,
- profesionalne sposobnosti iz člana 46. ZJN BiH u skladu sa tačkom 10.2. TD, odnosno da je dostavio ovjeren aktuelni izvadak iz sudskog registra i važeću dozvolu za promet medicinskim sredstvima, kao i važeću autorizaciju proizvođača
- ekonomsko-finansijske sposobnosti iz član 47. ZJN BiH, odnosno da je dostavio uredno potpisan Prilog broj 4 i potvrdu o solventnosti glavnog računa
- tehničke sposobnosti iz člana 48. i 49. ZJN BiH a u skladu sa tačkom 10.4. TD, sve traženo koje dokazuje da ponuđač ispunjava tražene uslove
- te da je ponuđač dostavio sve izjave o uslovima isporuke, garanciji i pružanju servisne podrške, ovjerene i potpisane od strane ovlaštene osobe u skladu sa 10.5. TD

Nakon otvaranja ponuda predsjednik je izuzeo kopiju ponude, te se pismeno očitovao o dostavljenoj tehničkoj specifikaciji i prospektnoj dokumentaciji na način da je ista u cjelosti prihvatljiva i odgovara uslovima postavljenim u tenderskoj dokumentaciji.

Obzirom da je gore već navedeno Komisija koja provodi predmetnu javnu nabavku konstatuje da u slučaju da imenovani bude odabran Odlukom o izboru najpovoljnijeg ponuđača neće biti dužan dostavljati dokumentaciju u skladu sa uslovima iz tenderske dokumentacije, obzirom da je ista dostavljena i da čini sastavni dio dostavljene ponude.

Na osnovu navedenog Komisija koja provodi predmetnu javnu nabavku robe: C LUK za potrebe JU Kantonalna bolnica Zenica (tender broj 11-174/22), konstatuje da ponuda ponuđača „Medical“ d.o.o. Mostar, u cjelosti je prihvatljiva za ugovorni organ.

Nakon toga prišlo se na ocjenu prihvatljivih ponuda u skladu sa utvrdjenim kriterijima i dodjeli odgovarajućeg broja bodova.

U tenderskoj dokumentaciji za nabavku roba – C LUK za potrebe JU Kantonalna bolnica Zenica (tender broj 11-174/22), procjenjene vrijednosti bez uračunatog PDV-a iznosi 130.000,00 KM, JRJN - 33100000-1 Medicinske naprave

Kriterij za dodjelu ugovora je:

- a) Ekonomski najpovoljnija ponuda
 Ponude se ocjenjuju na osnovu sljedećih podkriterija
- a) cijena – čija je vrijednost 90%
 - b) dužina garantnog roka – čija je vrijednost 10%

Također, tenderskom dokumentacijom planirano je provođenje e-aukcije.

Obzirom da je nakon provjere kvalificiranosti ponuđača utvrđeno da samo 1 /jedan/ ponuđača ispunjavaju sve zahtjeve iz TD, I to: MEDICAL d.o.o. Mostar, nisu se stekli uslovi za zakazivanje e aukcije

Komisija je izvršila rangiranje ponuda, kako slijedi:

RED. BR. PONUDE	NAZIV PONUĐAČA	CIJENA (izražena u KM bez uračunatog PDV-a)	Garantni rok (izražen u mjesecima)
1.	„MEDICAL“ D.O.O. MOSTAR	130.000,00	12

Procjenjena vrijednost nabavke iznosi 130.000,00 KM bez PDV-a.

Obzirom da je za nabavku robe – C LUK za potrebe JU Kantonalna bolnica Zenica (tender broj: 11-174/22), pristigla samo jedna kvalificirana ponuda, da zakazivanje i provođenje e-aukcije u tom slučaju se ne provodi iz objektivnih razloga, shodno utvrđenoj rang listi, Komisija koja provodi predmetnu javnu nabavku jednoglasno daje preporuku vd direktoru JU Kantonalne bolnice Zenica da u postupku za nabavku robe – C LUK za potrebe JU Kantonalna bolnica Zenica (tender broj: 11-174/22) izvrši odabir ponude i donese odluku o dodjeli ugovora na period do isteka trajanja garancije od

12/dvanaest/ mjeseci na ponuđenu vrijednost ponude u visini od 130.000,00 KM bez uračunatog PDV-a, ponuđaču „MEDICAL“ D.O.O. MOSTAR kao jedinom prihvatljivom ponuđaču.

Na osnovu gore navedenog, donesena je odluka kao u dispozitivu.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove odluke može se uložiti žalba
Kantonalnoj bolnici Zenica u roku od 10 (deset) dana
od dana prijema iste.



Anela J. Anulović
Dina